



Акционерное общество «Казахстанский электролизный завод»
Республика Казахстан 140001,
Павлодарская область, г. Павлодар
Тел: (7182) 74-33-61
www.erg.kz

Система менеджмента организации сертифицирована на соответствие: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001.
Система менеджмента лаборатории аккредитована по ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 (аттестат KZ.I.14.0762 от 20.07.2015)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ-ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ
Тел: (7182) 74-33-61, e-mail: Dinara.Achanova@erg.kz

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 17

Дата выдачи 19.10.2018 г.

Заказчик (наименование и адрес):	АО «Казахстанский электролизный завод», г. Павлодар, ПО
Основание для проведения испытаний:	Схема контроля промежуточных продуктов
Образцы для испытаний:	Шлак металлургический (проба № 6)
Отбор образцов:	15.10.2018 г.
Дата поступления образцов:	15.10.2018 г.
Наименование и обозначение методов испытаний:	Указано в таблице результатов испытаний
Дополнительная информация по методам испытаний (если имеется):	Отсутствует
Дата проведения испытаний:	15-19.10.2018 г.
Специальные условия при проведении испытаний (если имеются)	Не имеются
Оценка неопределенности (если требуется):	Не требуется
Мнения и интерпретации (если требуются):	Не требуется
Участие субподрядчиков:	Не требуется

Результаты испытаний

№	Наименование показателя	Единицы измерений	Фактическое значение по результатам испытаний	НД на метод испытаний	Примечание
1	Массовая доля оксида кремния	%	0,88	МВИ KZ.07.00.03005	-
2	Массовая доля оксида железа	%	0,34	МВИ KZ.07.00.03005	-
3	Массовая доля оксида натрия	%	2,57	МВИ KZ.07.00.03003	-
4	Массовая доля фтора	%	0,14	МВИ KZ.07.00.03002	-
5	Массовая доля общего алюминия	%	66,36	МВИ KZ.07.00.03004	-
6	Содержание алюминия металлического	%	20,5	ГОСТ 28192	показатель вне области аккредитации

Заключение: не требуется

Ответственный за проведение испытаний и подготовку протокола –

Начальник ОХМК

Полухина С.П.

Начальник ЦЗЛ-ОТК

Аханова Д.Г.



Протокол распространяется только на образцы, подвергнутый испытаниям.
Перепечатка протокола без разрешения лаборатории запрещена.